



Zagreb, 12. lipnja 2026.

**SVIM ZAINTERESIRANIM  
GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA**

Predmet: Zapisnik o provedenim tehničkim konzultacijama

- objavljuje se

**Osnovne informacije**

**Naručitelj:** Klinička bolnica „Sveti Duh“

**Predmet nabave:** Uređaji za maceraciju

**Evidencijski broj nabave:** 220-2026-NAB

**Procijenjena vrijednost nabave:** 14.000,00 eura bez PDV-a.

**Vrsta postupka:** Postupak jednostavne nabave

**Razlog provedbe tehničkih konzultacija:** Prikupljanje mišljenja i prijedloga radi kvalitetnije izrade Dokumentacije o nabavi

Naručitelj je dana 25. svibnja 2026. godine objavio Poziv na sudjelovanje u tehničkim konzultacijama, pozivajući sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu prijedloga i komentara do 29. svibnja 2026. godine u 14:00 sati.

**Zaprimljeni komentari/ prijedlozi**

U okviru tehničkih konzultacija zaprimljen je jedan zahtjev s prijedlozima za izmjenu/dopunu tehničkih specifikacija u kojima gospodarski subjekt predlaže izmjene koje se odnose na stavke 1, 1.5. i 1.7. tehničkih specifikacija.

**Postupanje po zaprimljenim komentarima/ prijedlozima**

Vezano za stavku 1. koja glasi: Uređaj koji u jednom ciklusu može zbrinuti od 1 (jedne) do 6 (šest) ili više komada jednokratnog potrošnog materijala, načinjenog od recikliranog papira/pulpe gospodarski subjekt predlaže izmjenu: Uređaj koji u jednom ciklusu može zbrinuti od 1 (jedne) do 6 (šest) komada jednokratnog potrošnog materijala, načinjenog od recikliranog papira/pulpe.

Prijedlog gospodarskog subjekta djelomično se prihvaća, te će Naručitelj izmijeniti tehničku specifikaciju koja će glasiti: Uređaj koji u jednom ciklusu može zbrinuti minimalno 5 (pet) komada jednokratnog potrošnog materijala, načinjenog od recikliranog papira/pulpe.

Vezano za stavku 1.5. koja glasi: Sustav kontinuiranog ispusta sadržaja za vrijeme cijelog trajanja ciklusa u odvod - nezadržavanje sadržaja u komori gospodarski subjekt predlaže izmjenu: Kontrolirano ispuštanje sadržaja maceratora.

Prijedlog gospodarskog subjekta ne prihvaća se. Naručitelj će brisati navedenu stavku tehničkih specifikacija kako bi se omogućilo sudjelovanje većeg broja ponuditelja.



---

Vezano za stavku 1.7. koja glasi: Dvostruki mehanizam usitnjavanja sadržaja - grubo usitnjavanje u gornjoj komori te dodatno usitnjavanje sadržaja u donjoj komori u svrhu prevencije začepljenja sistema odvoda gospodarski subjekt predlaže izmjenu: Minimalno dva moda usitnjavanja sadržaja maceratora. Prijedlog gospodarskog subjekta ne prihvaća se. Naručitelj će brisati navedenu stavku tehničkih specifikacija kako bi se omogućilo sudjelovanje većeg broja ponuditelja.

### **Zaključak**

Tehničke konzultacije su okončane 29. svibnja 2026. godine.

Naručitelj će ovaj Zapisnik objaviti na svojim službenim mrežnim stranicama, sukladno internim procedurama i načelu transparentnosti.

S poštovanjem,

Stručno povjerenstvo za jednostavnu nabavu